羟自由基清除能力检测试剂盒说明书

货号：RX884W96　　规格：96 样　　方法：酶标仪法

一、注意事项

1.使用前请通读一遍说明书再开始实验。

2.正式检测前选取 2~3 个预期差异较大的样本进行预检测。

3.本试剂盒仅用于科研。

二、产品组分

试剂名称	试剂规格	保存条件	备注
试剂一	12 mL×1	4℃避光	棕色瓶保存
试剂二	12 mL×1	4℃避光	棕色瓶保存
试剂三	22 mL×1	4℃避光	棕色瓶保存

三、仪器和用品

酶标仪、96 孔板、移液器、天平、可降温离心机、超纯水/蒸馏水、水浴锅/恒温培养箱。

四、样品制备

1 .组织：按照组织质量（g）：蒸馏水体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1 g 组织，加入 1 mL 蒸馏水/超纯水）进行冰浴匀浆，然后 10000 g，4℃离心 10 min，置冰上，上清为待测样本。

2 .血清、果汁等液体样品可直接测定。

五、测定步骤：

1.酶标仪预热 30 min 以上，波长调至 510 nm 处。

2.在 1.5 mL 离心管中依次加入（加入下列试剂时确保准确，降低误差）：

试剂名称	对照管	空白管	测定管
试剂一（μL）	100	100	100
试剂二（μL）	100	-	100
H_2O（μL）	500	600	300
试剂三（μL）	200	200	200
样本（μL）	-	-	200

混匀，37℃水浴锅/恒温培养箱保温 20 min 后，10000 g，常温离心 5 min，吸取上清 200 μL 于 96 孔板中测定 510 nm 处吸光值，对照管、空白管和测定管的吸光值分别记为 A 对照、A 空白和 A 测定。**注意：空白管和对照管只需测定 2~3 次**。

六、计算：

羟自由基清除率 D% =（A 对照-A 测定）÷（A 对照-A 空白）×100%

A 对照、A 空白、A 测定：对照管、空白管和测定管的吸光值。

八、产品简介

羟自由基是活性最强、对细胞伤害最大的活性氧之一，检测羟自由基清除能力，可以反应生物抗逆能力的强弱。